

Znak sprawy: OPS-2/2019

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego

Pytanie i odpowiedzi do zapytanie ofertowego

Pytanie nr 1.

Pozycja 2 – materace przeciwoodleżynowe

Czy zamawiający w opisie produktu zamówienia (szczegółowa specyfikacja w poz.2 załącznik 1a – specyfikacja – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dopuści:

- materac p/odleżynowy o podanych parametrach:

Parametry materaca p/odleżynowego:

- zmienno ciśnieniowy bąbelkowy z PCV
- nośność do 120kg
- wyłogi do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka oraz na zwykłych materacach
- wymiary materaca 200x90x6,5
- cicha pompa
- zasilanie 220V/50Hz
- materac z certyfikatem EC – deklaracja zgodności
- materac zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 2.

Pozycja 8 – wózek inwalidzki stabilizujący z funkcją toaletową

Czy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja w poz.8 załącznik 1a – specyfikacja – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dopuści:

w przypadku problemów z nabyciem wózka z funkcją toaletową i prysznicową sterowany elektrycznie zrezygnuje z w/w a dopuści na wózek z funkcjami o następujących parametrach:

- wózek toaletowo-prysznicowy z regulacją ręczną
- nierdzewny, łatwy w utrzymaniu czystości
- siedzisko z indywidualną regulacją kąta pochylenia od 00 do 350
- amortyzator ciśnieniowy wykonany ze stali szlachetnej,
- 3-stopniową regulację wysokości siedziska,
- podłówek z regulacją wysokości i głębokości,

- blokadę kierunku, ułatwiającą przemieszczanie wózka.
- ergonomiczne specjalne miękkie siedzisko
- miękka poduszka na oparcie
- ergonomiczna stabilizacja szyjna
- peloty boczne po obu stronach
- pas stabilizujący miedniczny
- basen sanitarny z rączką i pokrywą montowany na specjalnym uchwycie
- Szerokość siedziska (cm): 50
- Waga wózka (kg): 23,5
- Maksymalne obciążenie (kg): 130-150

Odpowiedz Zamawiającego:

Tylko w przypadku wycofania przez producenta wózka inwalidzkiego stabilizującego z funkcją toaletową sterowanego elektrycznie tym samym niemożliwością jego nabycia przez jakiegokolwiek producenta Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zamawiający nadmienia jednak, iż jeśli jakikolwiek producent (Wykonawca składający ofertę) będzie miał dostępny opisany pierwotnie przez Zamawiającego sprzęt poz. nr 8 z opisu zamówienia – (szczegółowy opis sprzętu zał. 1a do formularza oferty wówczas zaproponowane rozwiązanie nie będzie brane pod uwagę.

Z poważaniem,

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Walkowiak