

Poznań, dnia 13 grudnia 2019r.

Znak sprawy: OPS-2/2019

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego

Pytanie i odpowiedzi do zapytanie ofertowego

Pytanie 1:

Pozycja nr 9 wózek elektryczny:

Ponieważ nie ma na rynku wózka, który by spełniał dokładnie wszystkie parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji,

czy w związku z tym Zamawiający dopuści wózek elektryczny, który posiada silnik o mocy 2x350W, akumulator 50Ah i wagę bez akumulatora ok.90kg?

Odpowiedz Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Miroslawa Walkowiak