

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego

Pytanie i odpowiedzi do zapytanie ofertowego

Pytanie nr 1.

Pozycja 5 – balkoniki

Czy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja w poz.5 załącznik 1a – specyfikacja – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dopuści:

- balkoniki

Parametry balkonika:

- dwukołowa podpórka z siedziskiem
- stabilna, lekka i wytrzymała konstrukcja
- 2 stopki z gumami antypoślizgowymi
- 2 podwójne przednie koła
- tacka
- wysokość rączek regulowana
- siedzisko z tworzywa
- ergonomiczne profilowane uchwyty
- brak oparcia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane balkoniki bez oparcia o w/w parametrach

Pytanie nr 2.

Pozycja 7 – wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylonym oparciem

Czy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja w poz.7 załącznik 1a – specyfikacja – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dopuści:

- wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylonym oparciem o konstrukcji sztywnej ramy (nie krzyżakowej) o podanych parametrach:

Parametry wózka leżakowego z podwyższonym i odchylonym oparciem:

- wózek specjalny do zastosowania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz
- regulacja głębokości siedziska (skokowo co 2,5 cm)
- czteropozycyjny adapter koła tylnego oraz dwupozycyjny adapter koła przedniego (koła przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu)
- system płynnej regulacji kąta oparcia i siedziska ułatwiający zmianę pozycji ale także transfer pacjenta (wychylenie aż o 5 stopni względem podłoża do przodu).
- Poduszka i oparcie typu miękkiego, oddychającego, komfortowego dla pacjenta
- rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie
- zagłówek w kształcie litery U, regulowany w kilku płaszczyznach
- regulowane na wysokość i głębokość, wysuwane podłokietniki
- regulacja odległości kół tylnych od ramy co pozwala zmniejszyć szerokość całkowitą wózka
- kolanowo składana dźwignia hamulca
- szerokość całkowita do 68cm

- szerokość siedziska do 50cm
- waga użytkownika max. 135kg
- waga wózka do 30kg
- konstrukcja stała (nie krzyżakowa)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylonym oparciem z konstrukcją stalową – nie krzyżakową o w/w parametrach.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Walkowiak